



Očekávané výsledky EHK-937 - Sérologie viru Varicella zoster

Očekávané výsledky z vyhlášené EHK-937 - Sérologie viru Varicella zoster

vzorek 1

- defibrinovaná plazma od zdravého dárce krve,
- VZV IgG negativní, VZV IgM negativní

vzorek 2

- defibrinovaná plazma od zdravého dárce krve s anamnestickými protilátkami proti VZV
- VZV IgG pozitivní, vysokoavidní, VZV IgM negativní

nebodobaný vzorek

- defibrinovaná plazma od zdravého dárce krve s anamnestickými protilátkami proti VZV (identická se vzorkem 2) slítá se séry obsahujícími revmatoidní faktor bez určené třídy protilátek

výsledky NRL pro herpetické viry

	EIA VZV IgG	EIA VZV IgM	Avidita VZV IgG	NIF VZV IgG	NIF VZV IgM
Vzorek 1	<10 IU/L negativní	negativní	nelze	<1:10	<1:10
Vzorek 2	403 IU/L pozitivní	negativní	77,6% vysokoavidní	1:80 pozitivní	<1:10
Nebodobaný vzorek	661 IU/L pozitivní	negativní	78,2% vysokoavidní	1:80 pozitivní	<1:10