

F11	Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti	Strana č.: 1
		Celkem stran: 1
Plán kola/cyklu		

Identifikace kola/cyklu:	PT#G/1/2019
Název:	Cytogenetická analýza periferních lymfocytů krve
Organizátor:	SZÚ – ESPT Šrobárova 48, Praha 10, 100 00 tel.: 267082340
Vedoucí ESPT	Ing. Věra Vrbíková
Koordinátor:	RNDr. Dana Očadlíková
Subdodavatel:	-
Charakteristika materiálu:	Mikroskopická skla
Kritéria pro účast na PT:	nejsou určena
Termín pro přihlášení:	Do 07.2019
Podstata a účel PT/EHK:	Stanovení úrovně chromozomových aberací
Způsob přípravy:	viz Protokol o přípravě vzorků
Množství připravovaného test. materiálu:	Pro každého hodnotícího pracovníka je 1 sada mikroskopických skel
Označení vzorkovnic:	ESPT SZÚ PT # G/ 1 /2019 Chromozomové aberace
Zabezpečení kvality vzorku:	Homogenita vzorku je zajištěna smícháním suspenzí z jednotlivých kultivačních lahví Stabilita : po zaschnutí a obarvení je vzorek stabilní
Podmínky distribuce:	Osobně nebo poštou Příloha - Pokyny účastníkům
Uchovávání vzorků:	Krabice pro mikroskopické preparáty
Možné zdroje chyb	Při mikroskopickém odečtu metafází
Počet účastníků:	
Termín distribuce:	07.2019
Předání výsledků:	písemně do 12/2019 na předepsaných protokolech
Určení vztažné hodnoty	Průměrná hodnota NRL
Způsob vyhodnocení výsledků	výsledky ± 10% od hodnoty NRL – výsledek je srovnatelný s hodnotou NRL ± 20% od hodnoty NRL – výsledek je vyhovující
Termín vydání zprávy:	01/2020

Vypracoval a schválil: RNDr. D. Očadlíková

Datum: 30.5.2019