

EHK – 919 Sérologie virových hepatitid B a C a viru HIV**(PT#M/10-1/2016)****Pavel Fritz****Datum odeslání vzorků:** 15. 3. 2016**Termín pro ukončení testování:** 5. 4. 2016**Počet účastníků:** 194**Počet vzorků:** 5**Vyšetřované markery:** anti-HIV, HBsAg, anti-HCV

Způsob hodnocení: Všechny tři diagnostické markery jsou hodnoceny nezávisle. Každá chyba znamená u příslušného markeru hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze učinit v případech, kdy je příčinou chyby nesprávné vyplnění výsledkového formuláře, nebo vlastnost použitého testu, kterou uživatel nemohl ovlivnit.

Tabulka 1: SPRÁVNÉ VÝSLEDKY

MARKER	VZOREK				
	A	B	C	D	E
Anti-HCV	neg.	poz.	poz.	neg.	neg.
Anti-HIV	poz.	neg.	poz.	neg.	poz.
HBsAg	neg.	neg.	neg.	poz.	poz.

Tabulka 2: ČETNOST VYŠETŘOVANÝCH MARKERŮ

Kombinace markerů	Počet laboratoří	
HIV, HBsAg, HCV	160	82,5 %
HBsAg, HCV	10	5,1 %
HBsAg	7	3,6 %
Jiné kombinace	17	8,8 %
Celkem	194	100,0 %

CELKOVÉ HODNOCENÍ

V sérii EHK-919 nevykázala neshodný výsledek žádná ze 194 zúčastněných laboratoří. Dokonce ani množství „překlepů“ či případů nesprávného vyplnění kolonek v elektronickém formuláři EHK_Lab nebylo vysoké. Celkově se jednalo o velmi úspěšnou sérii.

*Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
SZÚ-CEM*