

Pavel Fritz**Datum odeslání vzorků:** 7. 4. 2020**Termín pro ukončení testování:** 28. 4. 2020**Počet účastníků:** 129**Počet vzorků:** 3**Vyšetřované markery:** anti-HAV total (IgG), anti-HAV IgM**ZPŮSOB HODNOCENÍ**

Oba diagnostické markery jsou hodnoceny společně, přičemž každý chybný výsledek znamená pro účastníka

Tabulka 1: Správné výsledky

VZOREK	anti-HAV celkové	anti-HAV IgM
A	-	-
B	-	-
C	+	-

hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze udělat v případech, kdy je zjevné, že chyby vznikly pouhým „překlepem“ při zadávání některé z položek do elektronického formuláře, nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které uživatel nemohl ovlivnit.

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ:

Série EHK–1128 se účastnilo celkem 129 laboratoří, z nichž 4 testovaly pouze anti-HAV IgM, 1 pouze anti-HAV total a 124 oba markery.

Neshodný výsledek zaznamenal jediný z účastníků (falešná reaktivita anti-HAV total u vzorku B). Analýza číselných hodnot naznačuje, že laboratoř možná omylem testovala zbytkový materiál z loňské série EHK–1096.

Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
SZÚ – CEM